



Jakob Kristoffersen
Bangshåbvej 15
8620 Kjellerup

Dato: 26-11-2025

Sagsnr.: 25/32698
Sagsbehandler: vpdek

Direkte tlf.: 87 87 56 10
Direkte e-mail: dek@viborg.dk

Side 1 af 7

**Tilladelse til etablering af boring og anlæg til indvinding af vand til alm.
vandforsyning og drift, beliggende Aarestrupvej 85, Karup.**

Anlægs-id.: 195500

Der meddeles tilladelse til at etablere en boring til indvinding af grundvand til husholdning og drift på ejendommen Aarestrupvej 85, Karup.

Det er vurderet, at den ansøgte boring og vandmængde kan indvindes samt at indvindingen ikke vil være til væsentlig gene eller ulempe for bestående anlæg eller medføre uacceptable følgevirkninger for omgivelserne.

Tilladelsen bortfalder hvis den ikke udnyttes inden 2 år.

Viborg Kommune finder hensynet til forsyning af ejendommens husdyrproduktion af væsentlig betydning, desuden findes anlægget ubetænkeligt. På baggrund heraf vurderes, at anlægsarbejdet kan påbegyndes inden udløb af klagefristen og afgørelsen undtages bestemmelsen i lovens § 78, stk. 3 og 4, jf. § 40 stk. 2 i BKG nr. 867 af 20. juni 2025 om Vandindvinding og vandforsyning.

Afgørelsen er truffet i medfør af vandforsyningslovens § 20 og 21 samt miljøbeskyttelseslovens § 24.

Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår, der er fastsat i henhold til gældende bekendtgørelser og normer:

Vilkår

a. Formål

Etablering af boring og anlæg samt prøvepumpning.

Indvindingen og anlægget må kun anvendes til husholdning og drift på aarestrupvej, Karup.

b. Placering

Boringen skal placeres på matr.nr. 20at Havredal By, Frederiks, min. 25 meter sydøst for den sydligste staldbygning og ca. 5 meter vest for nord-syd gående udbygning til ejendommen.

Placeringen er vist på bilag 1.

En eventuel anden placering af boringen skal godkendes af Kommunen.

c. Vandmængde

Der må indvindes op til i alt 20.500 m³ / år.

Vandmængden fordeles med 500 m³ / år til alm. vandforsyning og 20.000 m³ / år til drift.

d. Tidsfrist

Tilladelsen til alm. vandforsyning og drift gælder i 30 år indtil d. 1. december 2055.

Tilladelsen betragtes dog som **bortfaldet d. 1. december 2027**, hvis ikke boringen og anlægget er etableret inden, og der er indsendt analyseresultat for vandkvaliteten samt besigtigelses- og oplysningsskema (bilag 2).

e. Indretning

Boringer og overbygning samt ren- og prøvepumpning skal udføres efter gældende regler (Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land).

Der skal forsegles mellem forerør og de gennemborede jordlag, når der er boret gennem ler. Der skal også topforsegles med min. 1 m bentonit omkring forerøret under bund af overbygning. Forseglinger skal foretages med bentonit. Placeringen af forseglinger skal skrives på borerapporten.

Etablering af boring skal udføres af person/firma, som opfylder bekendtgørelsen for krav til uddannelse.

Senest 10 arbejdsdage før borearbejdet påbegyndes, skal kommunen, som er tilsynsmyndighed, have besked om arbejdets påbegyndelse.

Hvis der ikke findes vand, eller mængden/vandkvaliteten ikke er tilfredsstillende, skal boringen sløjfes.

Viborg Kommune fører tilsyn med at anlægget er etableret efter gældende regler.

f. Mængdekontrol

De indvundne vandmængder skal registreres med **vandmåler**. En anden målemetode skal godkendes af kommunen. Målemetoden kan til enhver tid ændres af Kommunen.

Den årligt indvundne vandmængde (1. januar til 31. december) skal sendes til Viborg Kommune, inden den følgende 1. februar.

g. Fredningsbælte

Et område på 5 m fra boringen fastlægges som fredningsbælte. Her må der ikke gødes, anvendes eller foretages opblanding af insekt- eller ukrudsdræbende midler. Fredningsbæltet skal være vedvarende markeret i terrænet, f.eks. med beplantning.

Indenfor fredningsbæltet må de nævnte stoffer, herunder tømt emballage, ikke midlertidigt eller varigt opbevares.

h. Kvalitetskrav

Vandet skal opfylde gældende krav til drikkevand, jf. drikkevandsbekendtgørelsen af 25. februar 2025.

Da ejendommen forsyner bolig til udlejning samt øvrige ansatte på ejendommen skal der udtages vandprøve til kontrol af drikkevandet svarende til:

Gruppe A parametre 1 gang årligt og gruppe B parametre hvert 3. år

I forbindelse med etablering af boringen skal der udtages en vandprøve svarende gruppe A-pakken + gruppe B-pakken, kommunen anbefaler desuden at der også analyseres for pesticider svarende til pesticidpakken. Resultatet indsendes til Viborg Kommune.

Viborg Kommune fører tilsyn med at vandet opfylder kravene jf. drikkevandsbekendtgørelsen.

h. Ændringer af anlægget

Det etablerede anlæg, herunder boring, pumper, m.v. må ikke ændres væsentligt, uden Viborg Kommunes godkendelse. Dette omfatter dog ikke almindeligt vedligehold af anlægget.

Sløjfning af boring

Da den eksisterende boring DGU.nr.76.1956 til forsyning af ejendommen Aarestrupvej 85 ikke længere skal anvendes, skal denne boring sløjfes i henhold til §28 i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land og i henhold til § 36 i vandforsyningsloven. Dokumentation for sløjfning af borerne skal sendes til Viborg Kommune.

Oplysninger om det etablerede anlæg

Snarest efter at boring og overbygning er etableret, indsendes besigtigelses- og oplysningsskema bilag 2, skemaet skal udfyldes af en sagkyndig person f.eks. brøndborer eller smed.

Sagens behandling

Viborg Kommune har den 24. november 2025 modtaget ansøgning om etablering af en boring til alm. vandforsyning og drift på ejendommen Aarestrupvej 85, Karup.

Der ønskes etableret en ny vandforsyning da den eksisterende boring ikke kan levere den ønskede vandmængde til forsyning af ejendommens husdyrproduktion og husholdning.

Boringen er placeret ca. 72 meter nordvest for ejendommens spildevandsanlæg. Da boringen er placeret opstrøms/parallelt med nedsivningsanlægget har kommunen vurderet, at der ikke vil være risiko for forurening af boringen med spildevand.

Grundvandets naturlige strømningsretning er sydvestlig mod Åresvad Å. Jordbunden består hovedsagelig af smeltevandssand og grundvandsspejlet forventes at findes ca. 14 meter under terræn.

Da ejendommen anvendes til kommercielle formål som udlejning af stuehus og forsyning af ansatte på ejendommen, skal der udtages vandprøver til kontrol af drikkevandskvaliteten på ejendommen.

Prøverne skal udtages i henhold til gældende krav i drikkevandsbekendtgørelsen, senest i bekendtgørelsen af 25. februar 2025.

Erstatningsregler

Anlæggets ejer er erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningslovens § 23 for skader, der voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. under prøveboringer og prøvepumpninger og under anlæggets udførelse og drift. I mangel af enighed indbringes erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndigheden efter lov om offentlige veje.

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderingsrapport for etablering af boring samt indvinding af vand til alm. vandforsyning og drift.

Viborg Kommune meddeler hermed, at den anmeldte boring samt indvinding af vand ikke kræver miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 (Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

I medfør af bekendtgørelsen, skal Kommunen efter modtagelse af en anmeldelse af anlæg omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 vurdere, om anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, så der skal udarbejdes en miljørapport.

Etablering af boringer til indvinding af vand er omfattet af om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bilag 2, afsnit 2.c.

Ifølge § 36, skal en afgørelse om, at der ikke er miljøvurderingspligt, offentliggøres. Miljøvurderings-afgørelsen bliver sammen med anmeldelsen offentliggjort på Kommunens hjemmeside viborg.dk

Hvis det anmeldte projekt ændres, skal ændringen anmeldes til Kommunen, der skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.

VVM-screening

Den ansøgte boring til husholdning og drift falder ind under bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 2c: Vandforsyningsboringer.

Indvindingsanlægget ligger i oplandet til Åresvad Å, som i de Statslige Vandplaner er målsat som god økologisk tilstand.

I henhold til de Statslige Vandplaner må indvinding af grundvand ikke være større end, at målsætningen for vandløbenes miljøkvalitet kan opfyldes. Det godkendte

borested ligger i oplandet til Åresvad Å som i henhold til Vandplanen er målsat som god økologisk tilstand. Det er vurderet, at den konkrete indvinding og anvendelse af vandet ikke påvirker målsætningen for Åresvad Å.

Det er vurderet at der i oplandet til Åresvad Å er tilstrækkelige grundvandsressourcer til indvinding af 20.500 m³/år.

Borestedet er placeret udenfor særligt beskyttelses område, habitatområde der er omfattet af NATURA 2000, eller områder der er udlagt som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3.

På den baggrund træffer Viborg Kommune hermed afgørelse om, at det ansøgte anlæg **ikke** antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed at anlægget **ikke** kræver en miljøvurdering.

Denne afgørelse vil blive annonceret i uge 48 på Viborg Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning

Klage efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven

Du kan klage over Kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Klagen skal være modtaget senest den 29. december 2025.

En klage skal sendes skriftligt til den myndighed der har truffet afgørelsen via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på kr. 900 til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen.

Der kan læses nærmere om klageadgang, hvordan klage indgives, gebyr m.v. på Klageportalens hjemmeside: naevneneshus.dk

Afgørelser meddelt i henhold til § 36 i Vandforsyningsloven kan ikke påklages.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, kan afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven prøves ved domstolene. En evt. sag skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.

Klage efter planloven

I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan afgørelser truffet i henhold til § 21 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår *retlige* spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse.

En klage skal sendes skriftligt til den myndighed der har truffet afgørelsen via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som kan findes på borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Klage har ikke opsættende virkning, men Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at en meddelte tilladelse ikke må udnyttes, og at iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses.

Der gælder i øvrigt samme betingelser for behandling af klagen som under "Klage efter **vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven**"

Du får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte mig på telefon 87 87 56 10, e-mail miljoe@viborg.dk

Med venlig hilsen

Dorthe Elmbo
Miljøtekniker

Bilag:

1. Oversigtskort: Ej målfast
2. Skema: besigtigelses- og oplysningsskema
3. [Analyseoversigt gruppe A + B parametre](#)

Kopi af dette brev med bilag 1 er sendt til:

- A. Højfeldt, Torben Sørensen, e-mail: ts@a-hoejfeldt.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Falstersvej 10, 8940 Randers SV.
- Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh. K
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsågade 1, 7100 Vejle

